



10023  
DСТУ EN ISO/IEC 17065

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №  
Registered Certificate Number

UA.TR.001.1077.30.00996-21

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»  
SE "UKRMETRTESTSTANDART"

## СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Продукція  
Product

Перетворювач тиску вимірювальний

Код УКТ ЗЕД 9026

Торгова марка  
Trademark

Модель/Тип  
Model/Type Ref.

ПД-1 (позначення типу наведене в додатку до сертифіката)

Відповідає вимогам  
Comply with the requirements

Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077

Назва та адреса заявника  
та/або уповноваженої особи  
Name and address of the applicant  
and/or authorized representative

ТОВ «ДП УКРГАЗТЕХ»  
04128, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19, Україна

Код ЄДРПОУ 31283392

Назва та адреса виробника  
Name and address of the  
manufacturer

ТОВ «ДП УКРГАЗТЕХ»  
04128, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19, Україна

Назва та місцезнаходження  
виробництва  
Name and location of production

ТОВ «ДП УКРГАЗТЕХ»  
08138, Київська обл., Кисво-Святошинський район,  
с. Софіївська Боршагівка, вул. Мала Кільцева, 8, Україна

Додаткова інформація  
Additional information

Цей сертифікат складається з 3 сторінок. Додаток є невід'ємною частиною цього сертифіката.

Виданий на підставі  
Issued on the grounds of

звіту про оцінювання ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" № 2211УкрТЕСТ2-21 від 26.08.2021 (атестат акредитації № 10023 від 29.04.2021)

Заступник керівника органу з сертифікації  
Deputy head of Certification Body



В.Д. Ример  
V.D. Rymer

Дата реєстрації: 27.08.2021  
Date

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний. This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid. Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном: +38 (044) 526-41-32 та на веб-сайті: <http://reestr.ukrcsm.kiev.ua> Validity of the certificate can be checked by phone or at website





10023  
DСТУ EN ISO/IEC 17065

U.A.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №  
Registered Certificate Number

U.A.TR.001.1077.30.00996-21

**ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»**  
**SE "UKRMETRTESTSTANDART"**

**Додаток № 1**  
**Addition**

**1. Позначення типу перетворювача тиску вимірювального ПД-1**



Вид вимірюваного тиску багатопараметричним перетворювачем та позначення опцій корпусу:

**ДА** – диференційний і абсолютний тиск

**ДИ** – диференційний і надлишковий тиск

**Н** – перетворювач виконання в корпусі з індикатором

Вид вимірюваного тиску перетворювачем:

**А** – абсолютний тиск

**И** – надлишковий тиск

**Д** – диференційний тиск

Вид електричного вихідного сигналу:

**С1** – з цифровим сигналом стандарту Bell202 (протокол HART)

**С2** – з цифровим сигналом інтерфейсу PLI (Power Line Interface)

**С3** – з кодовим цифровим сигналом інтерфейсу RS485

Верхня границя перетворення із зазначенням одиниці вимірювань

**Заступник керівника органу з сертифікації**  
Deputy head of Certification Body

Дата реєстрації: **27.08.2021**  
Date



**В.Д. Ример**  
V.D. Rymer

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний. This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid. Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном та на web-сайті: +38 (044) 526-41-32, www.ukrtest.kiev.ua Validity of the certificate can be checked by phone or at website





10023  
DСТУ EN ISO/IEC 17065

UA.TR.001

Зареєстровано в реєстрі за №  
Registered Certificate Number

UA.TR.001.1077.30.00996-21

**ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»**  
**SE "UKRMETRTESTSTANDART"**

**Додаток № 2**  
**Addition**

**2. Перелік документації, наданої до ООВ:**

- загальний опис апаратури (фотографії (зовнішні / внутрішні));
- перелік стандартів, застосованих виробником при проектуванні;
- аналіз та оцінка ризиків;
- опис маркування;
- керівництво з експлуатації.

**3. Протоколи випробувань**  
**ВС УкрТЕСТ ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ":**

№ 1204-5-2021 від 16.08.2021

№ 1235-5-2021 від 16.08.2021

**4. Стандарти, що застосовуються:**

ДСТУ EN 61326-1:2016

**Заступник керівника органу з сертифікації**  
Deputy head of Certification Body

Дата реєстрації: **27.08.2021**  
Date



**В.Д. Ример**  
V.D. Rymer

Даний сертифікат виданий ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна) та може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.  
This Certificate issued by the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART" (4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine) and may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Certificate requires written permission of the CAB SE "UKRMETRTESTSTANDART". The Certificate without signature and stamp is not valid.  
Чинність сертифіката можна перевірити за телефоном та на web-сайті: +38 (044) 526-41-32, www.ukrtest.kiev.ua  
Validity of the certificate can be checked by phone or at website